

کنترل I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

سری ساخت : H27L1D5P

عنوان آزمایش : ۱۷ OH Progesterone
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۵۷۷	۰,۰۴۳	۰,۵۲۱	۰,۵۶۴	۰,۶۰۷	۰,۶۵	۰,۶۹۳	۰,۷۳۶	۰,۷۷۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۰,۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵

CV%: 7.769	SD: 0.05	Mean: 0.642
------------	----------	-------------

