

عنوان کنترل : کنترل II
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

سری ساخت : H27L1D5P

عنوان آزمایش : ۱۷ OH Progesterone
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۲۵	۰,۴۶۷	۹,۶۵۹	۱۰,۱۲۶	۱۰,۵۹۳	۱۱,۰۶	۱۱,۵۲۷	۱۱,۹۹۴	۱۲,۴۶۱

مقدار	تاریخ
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱۰,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

CV%: 2.775	SD: 0.306	Mean: 11.025
------------	-----------	--------------

