

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷  
عنوان دستگاه : الیزاریدر  
سری ساخت : H27L1D5P  
عنوان کنترل : کنترول I  
شروع کنترول : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۷۲	۰,۰۲۹	۰,۵۷	۰,۵۹۹	۰,۶۲۸	۰,۶۵۷	۰,۶۸۶	۰,۷۱۵	۰,۷۴۴

مقدار	تاریخ
۰,۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۰,۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.482	SD: 0.016	Mean: 0.662
------------	-----------	-------------



عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷  
عنوان دستگاه : الیزاریدر  
سری ساخت : H27L1D5P  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۵۰۹	۰,۳۸۹	۹,۹۰۶	۱۰,۲۹۵	۱۰,۶۸۴	۱۱,۰۷۳	۱۱,۴۶۲	۱۱,۸۵۱	۱۲,۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.094	SD: 0.235	Mean: 11.2
------------	-----------	------------

