

level I : عنوان کنترل : شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱  
 سرى ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳  
 عنوان آزمایش: Anti Mullerian hormone  
 عنوان دستگاه: Indra

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۳۰۵	۰,۰۴۷	۱,۲۶۸	۱,۳۱۵	۱,۳۶۲	۱,۴۰۹	۱,۴۵۶	۱,۵۰۳	۱,۵۵

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱,۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 2.329	SD: 0.033	Mean: 1.414
------------	-----------	-------------

