

level I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سری ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳

Anti Mullerian hormone

: عنوان آزمایش

Indra

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۰۵	۰,۰۴۷	۱,۲۶۸	۱,۳۱۵	۱,۳۶۲	۱,۴۰۹	۱,۴۵۶	۱,۵۰۳	۱,۵۵

مقدار	تاریخ
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱,۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱,۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱,۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳

CV%: 1.915	SD: 0.027	Mean: 1.43
------------	-----------	------------

