

level I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سری ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳

عنوان آزمایش: Anti Mullerian hormone
عنوان دستگاه: Indra


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۸	۰,۰۳۲	۱,۳۲۲	۱,۳۵۴	۱,۳۸۶	۱,۴۱۸	۱,۴۵	۱,۴۸۲	۱,۵۱۴

مقدار	تاریخ
۱,۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱,۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱,۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱,۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱,۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱,۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱,۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱,۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

CV%: 1.342	SD: 0.019	Mean: 1.407
------------	-----------	-------------



level II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سری ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳

عنوان آزمایش: Anti Mullerian hormone
عنوان دستگاه: Indra

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۳۲	۰,۳۱۴	۷,۹۵۳	۸,۲۶۷	۸,۵۸۱	۸,۸۹۵	۹,۲۰۹	۹,۵۲۳	۹,۸۳۷

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۹,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۹,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۸,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۸,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۸,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۹,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۸,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۸,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

CV%: 2.421	SD: 0.215	Mean: 8.88
------------	-----------	------------

