

level I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ : سری ساخت : ۵۰۱۵۲۳۳ : Anti Mullerian hormone :
 Indra : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۳۸	۰,۰۲۶	۱,۳۳۹	۱,۳۶۵	۱,۳۹۱	۱,۴۱۷	۱,۴۴۳	۱,۴۶۹	۱,۴۹۵

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱,۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۲
۱,۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

CV%: 1.543	SD: 0.022	Mean: 1.421
------------	-----------	-------------



level II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ : سری ساخت : ۵۰۱۵۲۳۳ : Indra : عنوان دستگاه : Indra

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹	۰,۱۶۸	۸,۳۴۳	۸,۵۱۱	۸,۶۷۹	۸,۸۴۷	۹,۰۱۵	۹,۱۸۳	۹,۳۵۱

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۸,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۸,۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۸,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲
۸,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

CV%: 1.083	SD: 0.096	Mean: 8.851
------------	-----------	-------------

