

عنوان آزمایش : (Acid Phos.(Prostatic)
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
عنوان کنترل : Multi1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۶۴	۰,۳۶۲	۹,۰۶۴	۹,۴۲۶	۹,۷۸۸	۱۰,۱۵	۱۰,۵۱۲	۱۰,۸۷۴	۱۱,۲۳۶

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۹,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۹,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۹,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۰,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۹,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۹,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 2.659	SD: 0.268	Mean: 10.083
------------	-----------	--------------

