

عنوان آزمایش : (Acid Phos.(Prostatic
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
عنوان کنترل : Multi1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۴۹	۰,۲۶۹	۹,۳۴	۹,۶۰۹	۹,۸۷۸	۱۰,۱۴۷	۱۰,۴۱۶	۱۰,۶۸۵	۱۰,۹۵۴

مقدار	تاریخ
۹,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۹,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.548	SD: 0.26	Mean: 10.206
------------	----------	--------------

