

عنوان آزمایش : (Acid Phos.(Prostatic
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
عنوان کنترل : Multi1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۴۹	۰,۲۶۹	۹,۳۴	۹,۶۰۹	۹,۸۷۸	۱۰,۱۴۷	۱۰,۴۱۶	۱۰,۶۸۵	۱۰,۹۵۴

مقدار	تاریخ
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 2.537	SD: 0.257	Mean: 10.143
------------	-----------	--------------

