

عنوان آزمایش : (Acid Phos.(Prostatic
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
Multi1 : عنوان کنترل : سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۳۹	۰,۲۶۷	۹,۳۱۹	۹,۵۸۶	۹,۸۵۳	۱۰,۱۲	۱۰,۳۸۷	۱۰,۶۵۴	۱۰,۹۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۹,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 2.71	SD: 0.271	Mean: 10.008
-----------	-----------	--------------

