

عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total  
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲  
عنوان کنترل : Multi 1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷۲۹	۰,۶۷	۲۲,۵۳۹	۲۳,۲۰۹	۲۳,۸۷۹	۲۴,۵۴۹	۲۵,۲۱۹	۲۵,۸۸۹	۲۶,۵۵۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۲۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
		۲۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
		۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۲۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
		۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
CV%: 2.215		SD: 0.545		Mean: 24.579	

