

عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total  
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲  
عنوان کنترل : Multi 1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۲۶	۰,۵۰۲	۲۳,۲۸۶	۲۳,۷۸۸	۲۴,۲۹	۲۴,۷۹۲	۲۵,۲۹۴	۲۵,۷۹۶	۲۶,۲۹۸

مقدار	تاریخ
۲۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۵,۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۴,۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۴,۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۲۴,۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۴,۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۵,۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.823	SD: 0.454	Mean: 24.876
------------	-----------	--------------

