

Multi 1 : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱  
 عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total : کوباس اینتگرا ۴۰۰ : سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۲۶	۰,۵۰۲	۲۳,۲۸۶	۲۳,۷۸۸	۲۴,۲۹	۲۴,۷۹۲	۲۵,۲۹۴	۲۵,۷۹۶	۲۶,۲۹۸

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۵,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۵,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 1.4	SD: 0.351	Mean: 25.043
----------	-----------	--------------

