

عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total  
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰  
عنوان کنترل : Multi 1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۹۴	۰,۴۲۱	۲۳,۶۱۸	۲۴,۰۳۹	۲۴,۴۶	۲۴,۸۸۱	۲۵,۳۰۲	۲۵,۷۲۳	۲۶,۱۴۴

مقدار	تاریخ
۲۴,۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۵,۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 1.679	SD: 0.419	Mean: 24.939
------------	-----------	--------------

