

Perci : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

CSF Albumin : عنوان آزمایش :  
سری ساخت: ۶۳۷۰۹۱۰۱ Integra : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۸۳۶	۰,۴۶۹	۱۰,۸۳۳	۱۱,۳۰۲	۱۱,۷۷۱	۱۲,۲۴	۱۲,۷۰۹	۱۳,۱۷۸	۱۳,۶۴۷

مقدار	تاریخ
۱۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۲,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CV%: 3.117	SD: 0.377	Mean: 12.08
------------	-----------	-------------

