

Multi 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

Albumin serum : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵	۰,۰۸۶	۳,۱۶۷	۳,۲۵۳	۳,۳۳۹	۳,۴۲۵	۳,۵۱۱	۳,۵۹۷	۳,۶۸۳

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 2.186	SD: 0.074	Mean: 3.372
------------	-----------	-------------

