

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

سری ساخت: GP325

Albumin serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۴	۰,۰۵	۴,۱۹۷	۴,۲۴۷	۴,۲۹۷	۴,۳۴۷	۴,۳۹۷	۴,۴۴۷	۴,۴۹۷

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۴,۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۴,۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴,۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۴,۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴,۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۴,۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۴,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 1.088	SD: 0.047	Mean: 4.362
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Albumin serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۴	۰,۲۶۷	۲,۸۹۹	۳,۱۶۶	۳,۴۳۳	۳,۷	۳,۹۶۷	۴,۲۳۴	۴,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۳,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 5.073	SD: 0.183	Mean: 3.617
------------	-----------	-------------

