

عنوان کنترل : I کنترل
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۵/۱۶

عنوان آزمایش : Aldolase
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : ۱-۰۱۴-۰۱-۳۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۸	۰,۴۴۸	۶,۰۲۶	۶,۴۷۴	۶,۹۲۲	۷,۳۷	۷,۸۱۸	۸,۲۶۶	۸,۷۱۴

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۷,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۷,۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۷,۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۷,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۷,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۷,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 3.99	SD: 0.298	Mean: 7.48
-----------	-----------	------------

