

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

سری ساخت : GN 325

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۴۵۲	۴,۳۵	۱۶۴,۳۳۵	۱۶۸,۶۸۵	۱۷۳,۰۳۵	۱۷۷,۳۸۵	۱۸۱,۷۳۵	۱۸۶,۰۸۵	۱۹۰,۴۳۵

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 2.025	SD: 3.605	Mean: 178.038
------------	-----------	---------------

