

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۲۸	۰,۳۸۲	۱۲,۳۵۷	۱۲,۷۳۹	۱۳,۱۲۱	۱۳,۵۰۳	۱۳,۸۸۵	۱۴,۲۶۷	۱۴,۶۴۹

مقدار	تاریخ
۱۳,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۳,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۳,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۳,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۳,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۳,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 2.069	SD: 0.279	Mean: 13.494
------------	-----------	--------------



maternal control II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۸: شروع کنترل : MS۸۳۷۴ : سری ساخت : simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۶۶	۱,۷۵۹	۴۸,۵۶۳	۵۰,۳۲۲	۵۲,۰۸۱	۵۳,۸۴	۵۵,۵۹۹	۵۷,۳۵۸	۵۹,۱۱۷

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.312	SD: 1.778	Mean: 53.688
------------	-----------	--------------

