

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۹	۰,۳۰۲	۱۲,۵۶۷	۱۲,۸۶۹	۱۳,۱۷۱	۱۳,۴۷۳	۱۳,۷۷۵	۱۴,۰۷۷	۱۴,۳۷۹

مقدار	تاریخ
۱۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۳,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۳,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۱۳,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.297	SD: 0.306	Mean: 13.333
------------	-----------	--------------

