

عنوان کنترل : multi 1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

عنوان آزمایش : Amylase serum
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۷۴	۱,۹۸۳	۷۱,۱۱	۷۳,۰۹۳	۷۵,۰۷۶	۷۷,۰۵۹	۷۹,۰۴۲	۸۱,۰۲۵	۸۳,۰۰۸

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.549	SD: 1.198	Mean: 77.346
------------	-----------	--------------

