

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

سری ساخت : GP425

Amylase serum : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۹۸۶	۶,۶۸۲	۲۰۳,۷۵۴	۲۱۰,۴۳۶	۲۱۷,۱۱۸	۲۲۳,۸	۲۳۰,۴۸۲	۲۳۷,۱۶۴	۲۴۳,۸۴۶

مقدار	تاریخ
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 2.58	SD: 5.816	Mean: 225.4
-----------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Amylase serum : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۲۵	۱۲	۱۴۸	۱۶۰	۱۷۲	۱۸۴	۱۹۶	۲۰۸	۲۲۰

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 2.569	SD: 4.761	Mean: 185.333
------------	-----------	---------------

