

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Amylase serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۰۱	۴,۱۸۸	۱۶۹,۴۷۶	۱۷۳,۶۶۴	۱۷۷,۸۵۲	۱۸۲,۰۴	۱۸۶,۲۲۸	۱۹۰,۴۱۶	۱۹۴,۶۰۴

مقدار	تاریخ
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.94	SD: 3.512	Mean: 181
-----------	-----------	-----------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت: GN625

Amylase serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۲۱	۰,۸۶۶	۸۲,۲۰۲	۸۳,۰۶۸	۸۳,۹۳۴	۸۴,۸	۸۵,۶۶۶	۸۶,۵۳۲	۸۷,۳۹۸

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 0.909	SD: 0.769	Mean: 84.579
------------	-----------	--------------

