

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۰۵	۰,۲۲۱	۵,۶۳۸	۵,۸۵۹	۶,۰۸	۶,۳۰۱	۶,۵۲۲	۶,۷۴۳	۶,۹۶۴

مقدار	تاریخ
۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۶,۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۶,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۶,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 2.573	SD: 0.163	Mean: 6.345
------------	-----------	-------------

