

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۵۴	۰,۱۴۲	۵,۸۸۸	۶,۰۳	۶,۱۷۲	۶,۳۱۴	۶,۴۵۶	۶,۵۹۸	۶,۷۴

مقدار	تاریخ
۶,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۶,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۶,۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۶,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

CV%: 1.034	SD: 0.065	Mean: 6.29
------------	-----------	------------

