

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۱۱	۰,۱۰۱	۵,۹۹۲	۶,۰۹۳	۶,۱۹۴	۶,۲۹۵	۶,۳۹۶	۶,۴۹۷	۶,۵۹۸

مقدار	تاریخ
۶,۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۶,۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۶,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 1.301	SD: 0.082	Mean: 6.306
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : Control Low  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۵۶۱	۰,۰۰۸	۰,۱۵	۰,۱۵۸	۰,۱۶۶	۰,۱۷۴	۰,۱۸۲	۰,۱۹	۰,۱۹۸

مقدار	تاریخ
۰,۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۰,۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۰,۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۰,۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰,۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 5.478	SD: 0.01	Mean: 0.174
------------	----------	-------------

