

عنوان آزمایش : (Anti Gliadin Ab(IgA
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۱/۲۳۳۷۱۰۰۲
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
کنترل مثبت : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۳۴	۷,۷۶۴	۳۴,۹۰۸	۴۲,۶۷۲	۵۰,۴۳۶	۵۸,۲	۶۵,۹۶۴	۷۳,۷۲۸	۸۱,۴۹۲

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۶۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
		۶۲,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
		۵۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
		۶۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
CV%: 4.955		SD: 2.982		Mean: 60.189	

