

عنوان آزمایش : (Anti Gliadin Ab(IgA
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۱/۲۳۳۷۱۰۰۲
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
عنوان کنترل : کنترل مثبت

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۷۸	۴,۴۷	۴۵,۵۸۲	۵۰,۰۵۲	۵۴,۵۲۲	۵۸,۹۹۲	۶۳,۴۶۲	۶۷,۹۳۲	۷۲,۴۰۲

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۶۶,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۶۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 8.243	SD: 4.975	Mean: 60.36
------------	-----------	-------------

