

پولدرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

سری ساخت : ۵۸۲۰۱

عنوان آزمایش : (Anti Gliadin Ab(IgG
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۷۳	۰,۹۴۲	۹,۶۱۷	۱۰,۵۵۹	۱۱,۵۰۱	۱۲,۴۴۳	۱۳,۳۸۵	۱۴,۳۲۷	۱۵,۲۶۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

CV%: 5.45	SD: 0.698	Mean: 12.8
-----------	-----------	------------

