

عنوان آزمایش : (Anti Gliadin Ab(IgG
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۱/۲۳۳۸۱۰۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
عنوان کنترل : کنترل مثبت

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶,۱۰۸ | ۳,۱۷۹ | ۴۲,۵۱۷ | ۴۵,۶۹۶ | ۴۸,۸۷۵ | ۵۲,۰۵۴ | ۵۵,۲۳۳ | ۵۸,۴۱۲ | ۶۱,۵۹۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۹,۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
| ۵۵,۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۷,۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
| ۵۷,۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |

| | | |
|-----------|----------|----------|
| CV%: 8.23 | SD: 4.28 | Mean: 52 |
|-----------|----------|----------|

