

Internal Control

| | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|
| Anti Phospholipid Ab (IgG)(Screening) | : آزمایش ۱ | ۱۴۰۴ آذر ۳۰ | : تاریخ |
| کنترل داخل کیت | : کنترل | ORGENTEC | : کیت |
| | : شرکت سازنده | | : شرکت سازنده |
| ۲۴۰۶۷۰۸ | : سری ساخت | ۲۴۰۶۷۰۸ | : سری ساخت |
| | : تاریخ انقضاء | | : تاریخ انقضاء |
| | : مرجع CV مجاز | ۶,۴ | : CV مجاز |
| ۳۱,۳۳۳ | : حد پایین | ۴۴,۶۶۷ | : حد بالا |
| | | | : توضیحات |

| تاریخ انجام | کاربر | خوانش کنترل | نتیجه | اقدامات اصلاحی |
|-------------|-------------------|-------------|-------|----------------|
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۵,۵ | OK | |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۶,۲ | OK | ۱۰,۲۸ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۹,۴ | OK | ۱۰,۲۴ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۴۲,۰ | OK | ۱۰,۲۱ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۹,۰ | OK | ۱۰,۱۷ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۷,۴ | OK | ۱۰,۱۴ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۴۴,۰ | OK | ۱۰,۱۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۳,۸ | OK | ۱۰,۳ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | نرگس وادانی (۶۵۲) | ۳۹,۳ | OK | ۹,۳۰ |

CV : NaN