

Internal Control

Anti Phospholipid Ab (IgG)(Screening)	آزمایش ۱ :	۱۴۰۴ آذر ۳۰	تاریخ : شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کنترل داخل کیت	کنترل :	ORGENTEC	کیت :
	شرکت سازنده :		شرکت سازنده :
۲۴۰۶۷۰۸	سری ساخت :	۲۴۰۶۷۰۸	سری ساخت :
	تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :
	مرجع CV مجاز :	۶,۵	مرجع CV مجاز :
۳۱,۳۳۳	حد پایین :	۴۴,۶۶۷	حد بالا :
			توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۲/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۵	OK	۱۲,۳
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۰,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۰,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۵,۰	OK	۱۱,۱۹
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	۱۱,۱۴
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۶,۳	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۰	OK	۱۱,۸
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	۱۱,۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	۱۱,۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۵,۵	OK	
۱۴۰۴/۱۰/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۶,۲	OK	۱۰,۲۸

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۹,۴	OK	۱۰,۲۴
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	۱۰,۲۱
۱۴۰۴/۱۰/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۹,۰	OK	۱۰,۱۷
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۴	OK	۱۰,۱۴
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	۱۰,۱۰
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۶,۰	OK	۱۰,۳
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۹,۳	OK	۹,۳۰

CV : 6.428