

Internal Control

Anti Phospholipid Ab
(IgG)(Screening)

کنترل داخل کیت

۳۱,۳۳۳

آزمایش ۱ :

کنترل :

شرکت سازنده :

سری ساخت :

تاریخ انقضاء :

مرجع CV مجاز :

حد پایین :

۱۶ شنبه ۱۴۰۵ فروردین

ORGENTEC

۲۴۰۶۷۰۸

۶,۵

۴۴,۶۶۷

تاریخ :

کیت :

شرکت سازنده :

سری ساخت :

تاریخ انقضاء :

CV مجاز :

حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۹,۰	OK	۱,۳۰
۱۴۰۵/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۱	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۵	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۰,۰	OK	۱,۱۶

CV : 1.086