

Internal Control

Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۴ آذر ۳۰	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	orgentec	: کیت
	: شرکت سازنده		: شرکت سازنده
۲۴۰۶۷۰۸	: سری ساخت	۲۴۰۶۷۰۸	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء		: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۶,۴	: CV مجاز
۳۱,۳۳۳	: حد پایین	۴۴,۶۶۷	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۰,۴	OK	
۱۴۰۴/۱۰/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۴,۱	OK	۱۰,۲۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۴,۰	OK	۱۰,۲۴
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۴	OK	۱۰,۲۱
۱۴۰۴/۱۰/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۳,۰	OK	۱۰,۱۷
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۴,۰	OK	۱۰,۱۴
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۳,۰	OK	۱۰,۱۰
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۳,۷	OK	۱۰,۳
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۰	OK	۹,۳۰

CV : NaN