

Internal Control

Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۴ آذر ۳۰	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	orgentec	: کیت
	: شرکت سازنده		: شرکت سازنده
۲۴۰۶۷۰۸	: سری ساخت	۲۴۰۶۷۰۸	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء		: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۶,۴	: CV مجاز
۳۱,۳۳۳	: حد پایین	۴۴,۶۶۷	: حد بالا
			: توضیحات

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۲/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۳	OK	۱۲,۳
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۷	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۰,۸	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۳	OK	۱۱,۱۹
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۰	OK	۱۱,۱۴
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۸,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۵	OK	۱۱,۸
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۱	OK	۱۱,۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۰,۴	OK	
۱۴۰۴/۱۰/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۴,۱	OK	۱۰,۲۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۴,۰	OK	۱۰,۲۴

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۴	OK	۱۰,۲۱
۱۴۰۴/۱۰/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۳,۰	OK	۱۰,۱۷
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۴,۰	OK	۱۰,۱۴
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۳,۰	OK	۱۰,۱۰
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۴,۰	OK	۱۰,۳
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۰	OK	۹,۳۰

CV : 3.495