

## Internal Control

Anti Phospholipid Ab  
(IgM)(screening)

کنترل داخل کیت

۳۱,۳۳۳

آزمایش ۱ :

کنترل :

شرکت سازنده :

سری ساخت :

تاریخ انقضاء :

مرجع CV مجاز :

حد پایین :

۱۶ شنبه ۱۴۰۵ فروردین

orgentec

۲۴۰۶۷۰۸

۶,۴

۴۴,۶۶۷

تاریخ :

کیت :

شرکت سازنده :

سری ساخت :

تاریخ انقضاء :

CV مجاز :

حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۴,۰	OK	۱,۳۰
۱۴۰۵/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۵	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۹,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۴۲,۰	OK	۱,۱۶

CV : 4.598