

عنوان کنترل :  
کنترل مثبت داخل کیت  
شروع کنترل  
۱۴۰۴/۰۶/۲۴:

سری ساخت : a۶۱۳۶

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : الایزا ریپر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۴۹	۱,۰۳۱	۷۳,۳۴۴	۷۴,۳۷۵	۷۵,۴۰۶	۷۶,۴۳۷	۷۷,۴۶۸	۷۸,۴۹۹	۷۹,۵۳

مقدار	تاریخ
۷۷,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۷۷,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۷۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۷۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۷۷,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۷۵,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۷۵,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۷۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۶,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۷۵,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۷۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۷۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 1.03	SD: 0.788	Mean: 76.509
-----------	-----------	--------------

