

عنوان کنترل :  
کنترل منفي داخل کیت  
شروع کنترل  
۱۴۰۴/۰۶/۲۴:

سری ساخت : a۶۱۳۶

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : الیزا ریپر


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۸,۵۳۲	۰,۱۷۹	۰,۴۳۱	۰,۶۱	۰,۷۸۹	۰,۹۶۸	۱,۱۴۷	۱,۳۲۶	۱,۵۰۵

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۰,۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

CV%: 13.009	SD: 0.144	Mean: 1.105
-------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : پولدسرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۱۳

سری ساخت: ۲۵۴۷۸

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۶۰۷	۳۰,۶۶۳	۱۹۷,۱۰۲	۲۲۷,۷۶۵	۲۵۸,۴۲۸	۲۸۹,۰۹۱	۳۱۹,۷۵۴	۳۵۰,۴۱۷	۳۸۱,۰۸

مقدار	تاریخ
۳۱۸,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۲۷۹,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳۱۴,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳۱۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۹۸,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۱۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

CV%: 6.68	SD: 20.112	Mean: 301.082
-----------	------------	---------------

