

عنوان کنترل : perci con1  
شروع کنترول : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

سری ساخت : ۷۶۸۵۶۳

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷۹	۲,۱۸۸	۷۱,۸۴۴	۷۴,۰۳۲	۷۶,۲۲	۷۸,۴۰۸	۸۰,۵۹۶	۸۲,۷۸۴	۸۴,۹۷۲

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۸۰,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۷۷,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۷۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۸۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۷۷,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

CV%: 2.017	SD: 1.584	Mean: 78.515
------------	-----------	--------------

