

عنوان کنترل : perci con1  
شروع کنترول : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

سری ساخت : ۷۶۸۵۶۳


عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : e411

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۷۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۷۷,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۸۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۸۰,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۸۰,۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۸۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۷۸,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.88	SD: 2.273	Mean: 78.95
-----------	-----------	-------------



عنوان کنترل : perci con2  
شروع کنترول : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

سری ساخت : ۷۶۸۵۶۳

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : e411

مقدار	تاریخ
۱۷۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۵۹,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۶۸,۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۰۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷۲,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۰۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۹۷,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۰۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۹۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۷۷,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۷۹,۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۱۶۸,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۶۶,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۹۱,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۷۷,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 7.612	SD: 13.841	Mean: 181.833
------------	------------	---------------

