

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۱/۲۵۴۰۴۴۰۱
عنوان کنترل : con pos
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۰۵

مقدار	تاریخ
۵۴,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۹,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۶۸,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۴,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 10.258	SD: 6.493	Mean: 63.3
-------------	-----------	------------

