

Internal Control

Anti jo-1 Ab	: آزمایش ۱	تاریخ:	سه شنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
کنترل داخل کیت	: کنترل	کیت:	EUROIMMUN
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	شرکت سازنده:	
	: سری ساخت	سری ساخت:	E240624CO
	: تاریخ انقضاء	تاریخ انقضاء:	
	: مرجع CV مجاز	CV مجاز:	۳,۶
۸۸	: حد پایین	حد بالا:	۱۳۲

توضیحات:

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۵,۰	OK	۱۰,۱۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۰,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۹,۰	OK	۱۰,۲
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۶,۰	OK	۹,۲۵
۱۴۰۴/۰۹/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۸,۰	OK	۹,۱۸
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۰,۰	OK	۹,۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۹,۰	OK	۹,۴
۱۴۰۴/۰۹/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۶,۰	OK	۸,۲۷
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۷,۰	OK	
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۲,۰	OK	۸,۱۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۳,۲	OK	۸,۷

CV : 1.79