

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیپتاجی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۶۰۲	۰,۰۵	۸,۲۱۲	۸,۲۶۲	۸,۳۱۲	۸,۳۶۲	۸,۴۱۲	۸,۴۶۲	۸,۵۱۲

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۸,۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 0.613	SD: 0.051	Mean: 8.353
------------	-----------	-------------

