

Level I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت: ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :  
هیتاچی ۹۱۷ : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷	۰,۰۹	۲,۲۹	۲,۳۸	۲,۴۷	۲,۵۶	۲,۶۵	۲,۷۴	۲,۸۳

مقدار	تاریخ
۲,۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲,۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲,۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲,۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲,۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴

CV%: 2.836	SD: 0.072	Mean: 2.525
------------	-----------	-------------



Level II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :

هیپتاچی ۹۱۷

سری ساخت : ۷۸۸۳۸۱۰۱

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷	۰,۱۵	۴,۰۵	۴,۲	۴,۳۵	۴,۵	۴,۶۵	۴,۸	۴,۹۵

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴,۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴,۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴,۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴

CV%: 2.77	SD: 0.125	Mean: 4.504
-----------	-----------	-------------

