

Level I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت : ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA

هیپتاچی ۹۱۷

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷۴۹	۰,۰۶۹	۲,۳۱۳	۲,۳۸۲	۲,۴۵۱	۲,۵۲	۲,۵۸۹	۲,۶۵۸	۲,۷۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲,۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲,۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 2.397	SD: 0.061	Mean: 2.557
------------	-----------	-------------



Level II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت : ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :  
هیپتاچی ۹۱۷ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۰۳۵	۰,۱۳۵	۴,۰۴۸	۴,۱۸۳	۴,۳۱۸	۴,۴۵۳	۴,۵۸۸	۴,۷۲۳	۴,۸۵۸

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۴,۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 3.302	SD: 0.149	Mean: 4.506
------------	-----------	-------------

