



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۳۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c (%)	۶.۲	۶.۱۳	۳.۴۹	۰.۱۵	۱.۲۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Urea (mg/dl)	۲۶.۴	۲۷.۷۶	۴.۳۸	-۰.۸۶	۴.۹%	جزئیات
۲	Uric Acid (mg/dl)	۴.۶	۴.۴۹	۴.۳	۰.۳۲	۲.۴۵%	جزئیات
۳	Creatinine (mg/dl)	۰.۵۲	۰.۵۸	۹.۷۹	-۱.۱۰	۹.۷۲%	جزئیات
۴	Cholestrol (mg/dl)	۱۸۲	۱۸۹.۵۱	۳.۱۲	-۰.۶۶	۳.۹۶%	جزئیات
۵	Triglyceride (mg/dl)	۹۰	۸۷.۳۱	۳.۷۳	۰.۴۱	۳.۰۸%	جزئیات
۶	HDL (mg/dl)	۶۴	۷۱.۸۳	۵.۷۹	-۰.۹۱	۱۰.۹%	جزئیات
۷	LDL (mg/dl)	۹۷	۱۰۱.۲۰	۵.۱۳	-۰.۲۸	۴.۱۵%	جزئیات
۸	Albumin (g/dl)	۴.۴	۴.۵۷	۳.۱۵	-۰.۶۲	۳.۷%	جزئیات
۹	Protein (g/dl)	۶.۱	۶.۱۳	۳.۲۱	-۰.۰۸	۰.۴۱%	جزئیات
۱۰	ALP (IU/L)	۴۴	۴۳.۱۵	۵.۹۹	۰.۱۳	۱.۹۸%	جزئیات
۱۱	AST (IU/L)	۲۴	۲۵.۶۴	۹.۱۲	-۰.۶۴	۶.۴۱%	جزئیات
۱۲	ALT (IU/L)	۳۰	۲۹.۵۷	۹.۲۱	۰.۱۵	۱.۴۶%	جزئیات
۱۳	CPK (IU/L)	۱۰۴	۱۰۵.۶۷	۵.۳۱	-۰.۱۱	۱.۵۸%	جزئیات
۱۴	LDH (IU/L)	۷۴	۶۸.۵۵	۵.۹۵	۰.۹۹	۷.۹۵%	جزئیات
۱۵	Amylase (IU/L)	۱۳۴	۱۳۸.۴۰	۴.۲۵	-۰.۲۸	۳.۱۸%	جزئیات
۱۶	GGT (IU/L)	۳۶	۳۷.۱۸	۷.۴۹	-۰.۲۹	۳.۱۷%	جزئیات
۱۷	Phosphorus (mg/dl)	۲.۶	۲.۷۳	۱.۸۱	-۰.۵۹	۴.۵۹%	جزئیات
۱۸	Potassium (Meq/l)	۴.۰۶	۳.۷۷	۳.۵۴	۲.۱۸	۷.۶۴%	جزئیات
۱۹	Lithium (Meq/l)	۱.۰۵	۱.۰۴	۲.۹۵	۰.۱۲	۱.۳۵%	جزئیات
۲۰	TF (µg/dl)	۷.۷۱	۷.۶۷	۸.۶۴	۰.۰۴	۰.۴۸%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۲۱	TSH (μ U/mL)	۱.۶۱	۱.۵۷	۶.۳۶	۰.۲۰	۲.۴۲%	جزئیات
۲۲	Total PSA (ng/mL)	۰.۷۲	۰.۷۷	۱۲.۹۶	-۰.۶۴	۶.۳۷%	جزئیات
۲۳	Ferritin (ng/mL)	۹۸	۸۶.۲۳	۱۱.۸۸	۰.۹۱	۱۳.۶۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۵۴۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Troponin T (ng/mL)	۱.۲۲۹	۰.۹۷	۴۰.۴۹	۲.۴۶	۲۶.۹۶%	جزئیات
۲	Troponin I (ng/mL)	۳.۲	۲.۷۳	۱۵.۶	۱.۷۰	۱۷%	جزئیات
۳	CK MB Activity (U/L)	۱۱۳.۶	۱۱۸.۳۸	۲۴.۹۵	-۰.۴۰	۴.۰۴%	جزئیات
۴	CK (U/L)	۵۴۰	۵۳۲.۲۹	۴.۱	۰.۱۰	۱.۴۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴FB۶۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A (mIU/mL)	۶.۱	۵.۴۷	۱۱.۴۶	۰.۷۷	۱۱.۶%	جزئیات
۲	Free β hCG (IU/L)	۹۲	۸۲.۷۴	۱۰.۶۵	۰.۷۵	۱۱.۱۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴FB۶۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP (IU/mL)	۱۱۳	۱۰۹.۴۲	۱۰.۵۹	۰.۲۲	۳.۲۷%	جزئیات
۲	Total hCG (IU/mL)	۳۹.۸۴۶	۳۳.۹۵	۱۸.۸	۱.۷۴	۱۷.۳۵%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE ₃) (ng/mL)	۳.۲۵	۳.۵۴	۱۱.۵۴	-۰.۵۴	۸.۱۴%	جزئیات
۴	Inhibin A (pg/mL)	۲۱۸	۳۱۳.۴۷	۱۸.۵۹	-۲.۰۳	۳۰.۴۶%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴FB۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Urine Protein (mg/L)	۲۳۵	۲۳۰.۰۵	۷.۷۹	۰.۲۲	۲.۱۵%	جزئیات
۲	Urine Microalbumin (mg/L)	۱۶۱	۱۷۰.۷۱	۹.۴۳	-۰.۲۷	۵.۶۹%	جزئیات
۳	Urine Creatinine (mg/dl)	۴۱	۴۶.۶۲	۸.۲۳	-۰.۵۷	۱۲.۰۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول