

multi 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

Blood Urea : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۱۶	۲,۴۳۳	۳۲,۱۹۵	۳۴,۶۲۸	۳۷,۰۶۱	۳۹,۴۹۴	۴۱,۹۲۷	۴۴,۳۶	۴۶,۷۹۳

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۳۷,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴۲,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۴۲,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۴۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۴۰,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۳۹,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۴۰,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۴۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴۲,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴۰,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۴۰,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۴۲,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۳۹,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۴۲,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۴۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴۰,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 3.33	SD: 1.362	Mean: 40.888
-----------	-----------	--------------

