

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۷۲	۰,۶۵	۳۹,۴۳۵	۴۰,۰۸۵	۴۰,۷۳۵	۴۱,۳۸۵	۴۲,۰۳۵	۴۲,۶۸۵	۴۳,۳۳۵

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۴۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۰,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.342	SD: 0.554	Mean: 41.326
------------	-----------	--------------

